Konformitätsbescheinigung

zum internen messtechnischen Überwachungsprogramm von Fibre Lab and Co.

Internes messtechnisches Überwachungsprogramm - hausinterne, von IWTO-47 abgeleitete Methode

Bescheinigungs-Nr.	FL-2026-0001 (EXEMPLE)
Kunde	EXEMPLE - Élevage Fictif
Bestell- / Berichtsreferenz	EXEMPLE CMD-0000 / RAPPORT-0000
Analysedatum/-daten	EXEMPLE 01/01/2026
Proben	EXEMPLE - 3 mèches d'alpaga (fictif)
Gerät	OFDA 2000, Stapelmodus - vom Hersteller in Saulzoir in Betrieb genommen (Mark Brims, OFDA)
Methode	Hausinterne, von IWTO-47 abgeleitete Methode
Grundlage	Qualitätscharta von Fibre Lab and Co., Version 3.0 (September 2026)

Fibre Lab and Co. bescheinigt, dass die oben genannten Analysen gemäß seinem internen messtechnischen Überwachungsprogramm durchgeführt wurden, wie in seiner Qualitätscharta beschrieben. Folgende Kontrollen wurden angewendet:

- CQ-1 - Integrierter Selbsttest des OFDA 2000 an Referenzdrähten, zu Beginn jedes Messtages
- CQ-2 - Prüfung des Messplatzes: Stapelhalter, Beleuchtung, Verfahrweg
- CQ-3 - Referenzstapel für jedes Los gemessen, zulässige Abweichung höchstens 0,3 µm beim mittleren Durchmesser
- CQ-4 - Stabilität zwischen Serien: 5 Archivproben mindestens einmal pro Arbeitswoche erneut gemessen, Abweichung höchstens 0,3 µm
- CQ-5 - Konditionierung der Proben im Laborklima vor der Messung; Modus und Korrekturfaktor im Bericht angegeben
- CQ-6 - Rückverfolgbarkeit: eindeutige Kennung je Messung, OFDA-Rohdateien werden aufbewahrt
- CQ-7 - Wiederholungsmessung von Archivproben: ein Satz Archivproben mindestens zweimal jährlich erneut gemessen und mit unseren Aufzeichnungen verglichen
- CQ-8 - Abbruchregel: Kundenmessungen werden ausgesetzt, sobald eine Kontrolle CQ-1 bis CQ-4 außerhalb der Grenzen liegt, Wiederaufnahme erst nach einer konformen Kontrolle

Geltungsbereich

Diese Bescheinigung gilt ausschließlich für die eingegangenen Proben im Zustand des Eingangs und für die oben aufgeführten Analysen. Die Ergebnisse stehen im genannten Analysebericht, der allein maßgeblich ist. Sie stellt keine Bewertung des Tieres, der Herde oder eines nicht analysierten Loses dar.

Bescheinigung kostenlos auf Anfrage, innerhalb einer Woche ausgestellt.

Verantwortlich	Bertrand Busin, Laborleiter
Ausgestellt in	Saulzoir
Ausstellungsdatum	EXEMPLE 02/01/2026

Unterschrift

Fibre Lab & Co.
Internes messtechnisches Überwachungsprogramm
OFDA 2000 · CHARTA v3.0

BEISPIEL