



Attestation de conformité

au programme de maîtrise métrologique interne de Fibre Lab and Co.

Programme de maîtrise métrologique interne - méthode interne dérivée de l'IWTO-47

N° d'attestation	FL-2026-0001 (EXEMPLE)
Client	EXEMPLE - Élevage Fictif
Référence commande / rapport	EXEMPLE CMD-0000 / RAPPORT-0000
Date(s) d'analyse	EXEMPLE 01/01/2026
Échantillons	EXEMPLE - 3 mèches d'alpaga (fictif)
Appareil	OFDA 2000, mode mèche - mis en service à Saulzoir par le fabricant (Mark Brims, OFDA)
Méthode	Méthode interne dérivée de l'IWTO-47
Référentiel	Charte de qualité Fibre Lab and Co., version 3.0 (septembre 2026)

Fibre Lab and Co. atteste que les analyses désignées ci-dessus ont été réalisées conformément à son programme de maîtrise métrologique interne, tel que décrit dans sa charte de qualité. Les contrôles suivants ont été appliqués :

- CQ-1 - Autotest intégré de l'OFDA 2000 sur fils-étalons, en début de chaque journée d'essai
- CQ-2 - Vérification du banc de mesure : support de mèche, éclairage, déplacement
- CQ-3 - Mèche de référence mesurée pour chaque lot, écart maximal accepté de 0,3 µm sur le diamètre moyen
- CQ-4 - Stabilité inter-séries : 5 échantillons d'archive remesurés au moins une fois par semaine d'activité, écart maximal de 0,3 µm
- CQ-5 - Conditionnement des échantillons à l'ambiance du laboratoire avant essai ; mode et facteur de correction indiqués sur le rapport
- CQ-6 - Traçabilité : identifiant unique par essai, fichiers bruts OFDA conservés
- CQ-7 - Nouvelle mesure des archives : un jeu d'échantillons d'archive remesuré au moins deux fois par an, confronté à l'historique
- CQ-8 - Règle d'arrêt : essais clients suspendus dès qu'un contrôle CQ-1 à CQ-4 sort des limites, reprise après un contrôle conforme

Portée

La présente attestation porte uniquement sur les échantillons reçus, tels que reçus, et sur les analyses listées ci-dessus. Les résultats figurent dans le rapport d'analyse référencé, qui seul fait foi. Elle ne vaut pas jugement sur l'animal, le troupeau ou un lot non analysé.

Attestation délivrée gratuitement sur demande, sous une semaine.

Responsable	Bertrand Busin, responsable du laboratoire
Fait à	Saulzoir
Date d'émission	EXEMPLE 02/01/2026

Signature

